




**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WYSZKOWIE**



07-200 Wyszkiw
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkiw.pl, http://www.szpitalwyszkiw.pl/

Wyszkiw, dnia 5 września 2023 r.

DEZ/Z/341/PU-37/2023/JW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) w przedmiocie **Dostawa wyrobów jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkiwie**, nr postępowania **DEZ/Z/341/PU-37/2023/JW**.

W odpowiedzi na wniesione pytania do zapytania ofertowego, dotyczące powyżej wskazanego postępowania, Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

Pytanie 1

Zamawiający określa w Części 3 poz. 1 system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając nazwę własną glukometru będącą zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do pasków testowych konkretnego producenta (ze względu na chronione prawem patentowym zabezpieczenia konstrukcyjne sprawiające, że z glukometrem danego producenta kompatybilne są wyłącznie paski tego samego wytwórcy) tym samym narażając Zamawiającego na wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałyby możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem nieodpłatnych, kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się parametrami: enzym oksydaza glukozy GOD, zakres pomiarowy 20-600mg/dl, hematokryt 10-70%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Odpowiedź: Zamawiający posiada na wyposażeniu konkretne glukometry, w związku z tym oczekuje pasków, które można stosować w jego urządzeniach. Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza produkty równoważne tzn. paski kompatybilne z jego urządzeniami.

Jednocześnie obecnie Zamawiający nie wyraża zgody na wymianę posiadanych przez siebie glukometrów. Wycofanie używanych i wprowadzenie nowych urządzeń wiąże się brakiem możliwości zaplanowania takich działań jak również jest wielce prawdopodobne z brakiem możliwości przeszkolenia personelu, na co Zamawiający nie może sobie pozwolić.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w Części 3 poz. 1 zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem nieodpłatnych kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się parametrami: enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, możliwość pomiaru we krwi kapilarnej i żyłnej, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 20-60%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Odpowiedź: Zamawiający posiada na wyposażeniu konkretne glukometry, w związku z tym oczekuje pasków, które można stosować w jego urządzeniach. Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza produkty równoważne tzn. paski kompatybilne z jego urządzeniami.

Jednocześnie obecnie Zamawiający nie wyraża zgody na wymianę posiadanych przez siebie glukometrów. Wycofanie używanych i wprowadzenie nowych urządzeń wiąże się brakiem możliwości zaplanowania takich działań jak również jest wielce prawdopodobne z brakiem możliwości przeszkolenia personelu, na co Zamawiający nie może sobie pozwolić.

Zamawiający informuje, iż **termin składania ofert jest do dnia 06.09.2023 r. do godz. 10:00.**

Sporządził:
Marek Jasiński
st. ref. ds. fund. str. i zam. pub.
tel. (29) 743 76 86

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkiwie

Tomasz Barański