



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W WYSZKOWIE**



07-200 Wyszków  
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,  
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, http://www.szpitalwyszkow.pl/

Wyszków, dnia 24 października 2023 r.

**DEZ/Z/341/PU-52/2023**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) w przedmiocie **Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Ciąg Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Wyszkówie ( w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami) – zakup wyposażenia- Próżnościąg położniczy**, nr postępowania **DEZ/Z/341/PU-52/2023**.

W odpowiedzi na wniesione pytania do zapytania ofertowego, dotyczące powyżej wskazanego postępowania, Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 dokona zmian i dopuści próżnościąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „grzybka” Ø miseczki 50mm wyginająca się o 90° w każdym kierunku lub atraumatyczną miseczkę w kształcie „dzwonu” (kielicha)Ø miseczki 64mm posiadająca miękkie, elastyczne krawędzie z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalnającym próżnię w postaci skrzydełek, z czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara wyposażony w wewnętrzny samoograniczający system bezpieczeństwa uniemożliwiający przekroczenie bezpiecznego poziomu wytworzonego podciśnienia, które mogłoby prowadzić do urazów w obrębie główki płodu?. Rodzaj miseczki do wyboru przez Zamawiającego. Oferowany przez nas próżnościąg położniczy zapewnia lekarzowi bezpieczną i komfortową obsługę, a rodzącej kobiecie maksymalny komfort.

Takie rozwiązanie pozwala Zamawiającemu obniżyć koszt jednorazowej inwestycji, zminimalizować czas niezbędny do zakończenia procedury, pozwala na intuicyjną obsługę bez konieczności asysty.

**Odpowiedź: zgodnie z warunkami zapytania ofertowego.**

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert jest do dnia **30.10.2023 r. do godz. 10:00**.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wyszkówie  
*Tomasz Boroński*

Sporządził:

Marek Jasiński  
st. ref. ds. fund. str. i zam. pub.  
tel. (29) 743 76 86